



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Mirzec, dnia 25.10.2022 r.

Znak: IN.271.61.2022.A.K.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „**Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu**”

Nr ogłoszenia : Ogłoszenie nr 2022/BZP 00404420/01 z dnia 2022-10-21

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu**” Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 (dotyczy 12 tabeli OPZ System holtera EKG)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z pkt 12: Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu HOLTERA EKG z pkt. 12: Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami.

Pytanie 2 (dotyczy 13 tabeli OPZ System holtera EKG)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z pkt 13: Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu HOLTERA EKG z pkt. 13: Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii.

Pytanie 3 (dotyczy 14 tabeli OPZ System holtera EKG)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z pkt 14: Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu HOLTERA EKG z pkt. 14: Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall

Pytanie 4. Pyt. Dot. Pakietu nr 1 - APARAT USG

Czy zamawiający dopuści System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania każdego koła na stałe, bez możliwości

zablokowania dwóch z nich do jazdy na wprost, o wadze nie przekraczającej 65 kg? Brak możliwości blokady dwóch kół do jazdy na wprost nie wpłynie znacząco na użytkowanie systemu z uwagi na jego niską wagę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania każdego koła na stałe

Zamawiający załącza również zaktualizowany załącznik nr 1 – Formularz ofertowy oraz załącznik nr 1B Część II-Holter EKG.

Powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 31.10.2022 r. do godz. 10:00.**

.....
Kierownik Zamawiającego